

Certificado de Análise**CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS**PRODUTO/ Producto / Product: **BIOCONTROL N/BIOCONTROL N/BIOCONTROL N (MULTI-CONTROL NORMAL LEVEL OF CLINICAL CHEMISTRY)**REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K073**LOTE/Lot: **91**FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **07/2025**VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **07/2027**REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360125****Controle de Qualidade do Produto****CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL**

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
ANÁLISE FUNCIONAL ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
ASPECTOS VISUAIS ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 25/09/2025

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG