

PRODUTO: **BIOCONTROL P**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K074**

LOTE: **0062**

FABRICAÇÃO: **07/2024**

VALIDADE: **07/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360125**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

BIOCONTROL P LOTE 0062

Val: 2026/07

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	10,00	9,00	-	11,00	mg/dL
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	5,00	4,50	-	5,50	g/dL
AMILASE	CINÉTICA CNPG	858,00	492,00	-	820,00	U/L-37°C
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,14	0,57	-	1,71	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	4,64	3,25	-	6,03	mg/dL
CÁLCIO	ARSENATO III	11,70	10,40	-	13,00	mg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	183,00	148,00	-	220,00	µg/dL
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	58,00	46,00	-	70,00	U/L
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	380,00	304,00	-	456,00	U/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	107,00	98,00	-	118,00	mmol/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	108,00	95,00	-	117,00	mmol/L
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	110,00	99,00	-	121,00	mEq/L
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	258,00	230,00	-	282,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	DIRETO	79,00	63,00	-	95,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	96,00	77,00	-	115,00	mg/dL
COLESTEROL LDL	DIRETO	102,00	82,00	-	122,00	mg/dL
COLINESTERASE	DGKC	9.177,00	6.880,00	-	11.474,00	U/L
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	4,23	3,38	-	5,08	mg/dL
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO	4,53	3,62	-	5,44	mg/dL
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	4,14	3,31	-	4,97	mg/dL
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	699,00	559,00	-	839,00	U/L - 37°C
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	181,00	136,00	-	226,00	µg/dL
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	237,00	177,24	-	298,76	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	262,00	210,00	-	314,00	U/L
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	7,10	6,30	-	7,90	mg/dL
FRUTOSAMINA	NBT POLILISINA - ALBUMINA GLICADA	989,00	693,00	-	1.285,00	µmol/L
GAMA GT	SZASZ IFCC	144,00	115,00	-	173,00	U/L - 37°C
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	277,00	249,00	-	305,00	mg/dL
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	41,20	30,90	-	51,50	mg/dL
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	182,00	127,00	-	237,00	U/L
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	121,00	91,00	-	151,00	U/L
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	3,50	3,10	-	3,90	mg/dL
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	6,50	5,80	-	7,20	mmol/L
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	6,00	5,40	-	6,60	mmol/L
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	6,20	5,50	-	6,90	mmol/L
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	7,80	7,00	-	8,60	g/dL
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	145,00	130,00	-	160,00	mmol/L
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	141,00	127,00	-	155,00	mmol/L
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	143,00	128,00	-	158,00	mmol/L
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	190,00	152,00	-	228,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	206,00	167,00	-	251,00	U/L - 37°C
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	533,00	480,00	-	586,00	mg/dL
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	155,00	132,00	-	178,00	mg/dL
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	164,00	131,00	-	197,00	mg/dL

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/10/2024

Livia

Livia Tereza de Andrade Souza - Bioquímica
Controle de Qualidade