

PRODUTO: **BIOÍONS CAL ISE SR**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **B026-1**

LOTE: **10**

FABRICAÇÃO: **08/2023**

VALIDADE: **08/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360318**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Amostra	Analito	Resultado Encontrado
CALIBRADOR DE ÍONS A	CLORETOS	120 mmol/L
	SÓDIO	160 mmol/L
	POTÁSSIO	6,0 mmol/L
CALIBRADOR DE ÍONS B	CLORETOS	85 mmol/L
	SÓDIO	120 mmol/L
	POTÁSSIO	3,5 mmol/L

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/12/23

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade