



## Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOÍONS CAL ISE UR/BIOIONES CAL ISE UR/BIOIONS CAL ISE UR**REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **B025**LOTE/Lot: **12**FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **11/2025**VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **11/2027**REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360318**

### Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
<b>ANÁLISE FUNCIONAL</b> ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ASPECTOS VISUAIS</b> ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 16/12/2025

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de Assessoria ao Cliente  
**0800 031 5454**  
[sac@bioclin.com.br](mailto:sac@bioclin.com.br)  
[www.bioclin.com.br](http://www.bioclin.com.br)19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG