

PRODUTO: **BIOÍONS QC ISE UR**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **B027-1**

LOTE: **8**

FABRICAÇÃO: **01/2024**

VALIDADE: **01/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360318**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Amostra	Analito	Resultado Encontrado
CONTROLE ALTO DE ÍONS	CLORETOS	132,1 (112,3 – 151,9) mmol/L
	SÓDIO	130,9 (111,3 – 150,5) mmol/L
	POTÁSSIO	37,8 (32,1 – 43,5) mmol/L
CONTROLE BAIXO DE ÍONS	CLORETOS	66,3 (56,4 – 76,2) mmol/L
	SÓDIO	70,0 (59,5 – 80,5) mmol/L
	POTÁSSIO	17,4 (14,8 – 20,) mmol/L

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 22/02/2024



Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

