



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLATEX ASO**
Cód. Referência: **K004**
Lote: **83**
Fabricação: **07/2023**
Validade: **02/2025**
Registro ANVISA: **10269360137**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE NEGATIVO TESTE	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	Negativo
CONTROLE POSITIVO TESTE	CONTROLE POSITIVO	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 01	6852023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	7062023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	6982023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	6832023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	7072023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	6992023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	7092023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	7282023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	5472023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 10	9302023	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 14/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br