

Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLATEX FR**
Cód. Referência: **K043**
Lote: **89**
Fabricação: **05/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360138**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Carac. Analisável	Amostra	Valor Esperado	Título Esperado	Valor Encontrado	Título Encontrado
CONTROLE NEGATIVO REF	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	-	Negativo	-
CONTROLE NEGATIVO TESTE	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	-	Negativo	-
CONTROLE POSITIVO REF	CONTROLE POSITIVO	Positivo	1:2	Positivo	1:2
CONTROLE POSITIVO TESTE	CONTROLE POSITIVO	Positivo	1:2	Positivo	1:2
SORO HUMANO 01	4622022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 02	4632022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 03	4642022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 04	4652022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 05	4662022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 06	4672022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 07	5262022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 08	5272022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 09	4892022	Positivo	1:8	Positivo	1:8
SORO HUMANO 10	14212021	Positivo	1:2	Positivo	1:2

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/05/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel +55 31 3499 5454
fax +55 31 3439 5455
www.bioclin.com.br