

## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **BIOLATEX FR**  
Cód. Referência: **K043**  
Lote: **90**  
Fabricação: **11/2022**  
Validade: **02/2024**  
Registro ANVISA: **10269360138**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Carac. Analisável       | Amostra           | Valor Esperado | Título Esperado | Valor Encontrado | Título Encontrado |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| CONTROLE NEGATIVO REF   | CONTROLE NEGATIVO | Negativo       | -               | Negativo         | -                 |
| CONTROLE NEGATIVO TESTE | CONTROLE NEGATIVO | Negativo       | -               | Negativo         | -                 |
| CONTROLE POSITIVO REF   | CONTROLE POSITIVO | Positivo       | 1:2             | Positivo         | 1:2               |
| CONTROLE POSITIVO TESTE | CONTROLE POSITIVO | Positivo       | 1:2             | Positivo         | 1:2               |
| SORO HUMANO 01          | 13312022          | Negativo       | -               | Negativo         | -                 |
| SORO HUMANO 02          | 13322022          | Negativo       | -               | Negativo         | -                 |
| SORO HUMANO 03          | 13332022          | Negativo       | -               | Negativo         | -                 |
| SORO HUMANO 04          | 13342022          | Negativo       | -               | Negativo         | -                 |
| SORO HUMANO 05          | 13352022          | Positivo       | 1:128           | Positivo         | 1:64              |
| SORO HUMANO 06          | 13362022          | Negativo       | -               | Negativo         | -                 |
| SORO HUMANO 07          | 1142022           | Negativo       | -               | Negativo         | -                 |
| SORO HUMANO 08          | 10852022          | Negativo       | -               | Negativo         | -                 |
| SORO HUMANO 09          | 11052022          | Negativo       | -               | Negativo         | -                 |
| SORO HUMANO 10          | 12142022          | Positivo       | 1:2             | Positivo         | 1:4               |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/11/2022

*Barbara Cristina Gonçalves*

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade



Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel +55 31 3499 5454  
fax +55 31 3439 5455  
www.bioclin.com.br