



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLATEX FR**
Cód. Referência: **K043**
Lote: **91**
Fabricação: **03/2023**
Validade: **03/2025**
Registro ANVISA: **10269360138**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE NEGATIVO REF	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	Negativo
CONTROLE NEGATIVO TESTE	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	Negativo
CONTROLE POSITIVO REF	CONTROLE POSITIVO	Positivo	Positivo
CONTROLE POSITIVO TESTE	CONTROLE POSITIVO	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 01	3392023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	3402023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	3412023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	3422023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	3432023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	3442023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	3452023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	3462023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	4052023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 10	4062023	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 11/04/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br