

Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLATEX FR**
Cód. Referência: **K043**
Lote: **92**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **06/2025**
Registro ANVISA: **10269360138**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Carac. Analisável	Amostra	Valor Esperado	Título Esperado	Valor Encontrado	Título Encontrado
CONTROLE NEGATIVO REF	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	-	Negativo	-
CONTROLE NEGATIVO TESTE	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	-	Negativo	-
CONTROLE POSITIVO REF	CONTROLE POSITIVO	Positivo	1:4	Positivo	1:4
CONTROLE POSITIVO TESTE	CONTROLE POSITIVO	Positivo	1:2	Positivo	1:2
SORO HUMANO 01	5562023	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 02	5492023	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 03	5612023	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 04	7442023	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 05	5522023	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 06	7402023	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 07	5532023	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 08	7112023	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 09	5612023	Positivo	1:1	Positivo	1:1
SORO HUMANO 10	8982023	Positivo	1:64	Positivo	1:64

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 12/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel +55 31 3499 5454
fax +55 31 3439 5455
www.bioclin.com.br