

Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLATEX PCR**
Cód. Referência: **K044**
Lote: **124**
Fabricação: **02/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360093**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Carac. Analisável	Amostra	Valor Esperado	Título Esperado	Valor Encontrado	Título Encontrado
CONTROLE NEGATIVO REF	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	-	Negativo	-
CONTROLE NEGATIVO TESTE	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	-	Negativo	-
CONTROLE POSITIVO REF	CONTROLE POSITIVO	Positivo	1:2	Positivo	1:2
CONTROLE POSITIVO TESTE	CONTROLE POSITIVO	Positivo	1:2	Positivo	1:2
SORO HUMANO 01	1302022	Positivo	1:2	Positivo	1:2
SORO HUMANO 02	11322021	Positivo	1:8	Positivo	1:8
SORO HUMANO 03	1792022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 04	1802022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 05	1812022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 06	1822022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 07	1832022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 08	1842022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 09	1852022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 10	0592022	Negativo	-	Negativo	-

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/02/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade



19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel +55 31 3499 5454
fax +55 31 3439 5455
www.bioclin.com.br