

Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLATEX PCR**
Cód. Referência: **K044**
Lote: **125**
Fabricação: **08/2022**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360093**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Carac. Analisável	Amostra	Valor Esperado	Título Esperado	Valor Encontrado	Título Encontrado
CONTROLE NEGATIVO REF	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	-	Negativo	-
CONTROLE NEGATIVO TESTE	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	-	Negativo	-
CONTROLE POSITIVO REF	CONTROLE POSITIVO	Positivo	1:2	Positivo	1:2
CONTROLE POSITIVO TESTE	CONTROLE POSITIVO	Positivo	1:2	Positivo	1:2
SORO HUMANO 01	7302022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 02	7312022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 03	7322022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 04	7332022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 05	7342022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 06	7352022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 07	7362022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 08	7372022	Negativo	-	Negativo	-
SORO HUMANO 09	8542022	Positivo	1:32	Positivo	1:32
SORO HUMANO 10	8552022	Positivo	1:16	Positivo	1:16

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/08/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel +55 31 3499 5454
fax +55 31 3439 5455
www.bioclin.com.br