

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA ANTI HBS**
Cód. Referência: **K121**
Lote: **32**
Fabricação: **03/2023**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360289**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|---------|--------------------|----------------------|
| SORO HUMANO 01 | 7962023 | 500,000 | 500,000 |
| SORO HUMANO 02 | 8092023 | 101,439 | 104,904 |
| SORO HUMANO 04 | 8002023 | 500,000 | 500,000 |
| SORO HUMANO 05 | 7992023 | 500,000 | 500,000 |
| SORO HUMANO 06 | 8142023 | 139,198 | 131,761 |
| SORO HUMANO 09 | 8232023 | 5,381 | 4,190 |

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 23/06/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade