



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA ANTI HBS**
Cód. Referência: **K121**
Lote: **33**
Fabricação: **10/2023**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360289**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	12842023	500,000	500,000
SORO HUMANO 02	9082022	375,017	311,832
SORO HUMANO 04	12852023	500,000	500,000
SORO HUMANO 05	7652022	500,000	500,000
SORO HUMANO 06	7652022	500,000	500,000
SORO HUMANO 09	9092022	6,377	9,592

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/10/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br