



## Certificado de Análise

### CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA ANTI HBS (96 TESTES)/BIOLISA ANTI HBs (96 TESTES)/BIOLISA ANTI HBS (96 TESTS)**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K121**

LOTE/Lot: **34**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **07/2024**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **07/2025**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360289**

### Controle de Qualidade do Produto

#### CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros<br>Parametros / Parameter:                                       | Faixa aceitável<br>Rango aceptable / Acceptable range:                                  | Resultados do lote<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ANÁLISE FUNCIONAL</b><br>ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS          | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>ASPECTOS VISUAIS</b><br>ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS                 | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>ABSORBÂNCIA BRANCO</b><br>ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE            | <b>&lt; 0,100</b>                                                                       | <b>0.003</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA PADRÃO A</b><br>ABSORBANCIA ESTÁNDAR A/ABSORBANCE STANDARD A | <b>&lt; 0,100</b>                                                                       | <b>0.041</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA PADRÃO B</b><br>ABSORBANCIA ESTÁNDAR B/ABSORBANCE STANDARD B | <b>&gt; 0,050 &lt; 0,200</b>                                                            | <b>0.133</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA PADRÃO C</b><br>ABSORBANCIA ESTÁNDAR C/ABSORBANCE STANDARD C | <b>&gt; B &lt; D</b>                                                                    | <b>0.884</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA PADRÃO D</b><br>ABSORBANCIA ESTÁNDAR D/ABSORBANCE STANDARD D | <b>&gt; C &lt; E</b>                                                                    | <b>2.104</b>                                              |



## Certificado de Análise

### CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA ANTI HBS (96 TESTES)/BIOLISA ANTI HBs (96 TESTES)/BIOLISA ANTI HBs (96 TESTS)**  
 REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K121**  
 LOTE/Lot: **34**  
 FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **07/2024**  
 VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **07/2025**  
 REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360289**

### Controle de Qualidade do Produto

#### CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros<br>Parametros / Parameter:                                           | Faixa aceitável<br>Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ABSORBÂNCIA PADRÃO E</b><br><br>ABSORBANCIA ESTÁNDAR E/ABSORBANCE STANDARD E | <b>&gt; 1,500</b>                                       | <b>3.418</b>                                              |

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 27/09/2024

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
[sac@bioclin.com.br](mailto:sac@bioclin.com.br)  
[www.bioclin.com.br](http://www.bioclin.com.br)

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG