



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **VETLISA ERLQUIOSE IGM**  
Cód. Referência: **VET066**  
Lote: **1/23**  
Fabricação: **06/2023**  
Validade: **06/2024**  
Registro MAPA: **10.531/2022**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra  | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| SORO VET 01               | V1022023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 02               | V1032023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 03               | V1042023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO VET 04               | V1052023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 05               | V1062023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO VET 06               | V1072023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 07               | V1082023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO VET 08               | V1092023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 09               | V1102023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO VET 10               | V1112023 | Negativo           | Negativo             |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/07/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA CHAGAS RECOMBINANTE DBS**  
Cód. Referência: **K272**  
Lote: **2**  
Fabricação: **06/2023**  
Validade: **06/2024**  
Registro ANVISA: **10269360426**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra  | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| PAPEL FILTRO 01           | 9872023  | Positivo           | Positivo             |
| PAPEL FILTRO 02           | 9932023  | Positivo           | Positivo             |
| PAPEL FILTRO 03           | 9942023  | Positivo           | Positivo             |
| PAPEL FILTRO 04           | 9972023  | Positivo           | Positivo             |
| PAPEL FILTRO 05           | 9982023  | Positivo           | Positivo             |
| PAPEL FILTRO 06           | 9992023  | Positivo           | Positivo             |
| PAPEL FILTRO 07           | 10002023 | Positivo           | Positivo             |
| PAPEL FILTRO 08           | 10012023 | Positivo           | Positivo             |
| PAPEL FILTRO 09           | 10022023 | Positivo           | Positivo             |
| PAPEL FILTRO 10           | 9962023  | Positivo           | Positivo             |
| PAPEL FILTRO 11           | 9662023  | Negativo           | Negativo             |
| PAPEL FILTRO 12           | 9672023  | Negativo           | Negativo             |
| PAPEL FILTRO 13           | 9682023  | Negativo           | Negativo             |
| PAPEL FILTRO 14           | 9692023  | Negativo           | Negativo             |
| PAPEL FILTRO 15           | 9702023  | Negativo           | Negativo             |
| PAPEL FILTRO 16           | 9712023  | Negativo           | Negativo             |
| PAPEL FILTRO 17           | 9722023  | Negativo           | Negativo             |
| PAPEL FILTRO 18           | 9732023  | Negativo           | Negativo             |
| PAPEL FILTRO 19           | 9742023  | Negativo           | Negativo             |
| PAPEL FILTRO 20           | 9752023  | Negativo           | Negativo             |

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/07/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br