



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA CHAGAS RECOMBINANTE**
Cód. Referência: **K180**
Lote: **28**
Fabricação: **11/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360306**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	9142022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	9132022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	6412022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	6422022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	7122022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	11692021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	11682021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	10022021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	10012021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	0902022	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 08/12/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br