



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA CHAGAS RECOMBINANTE**
Cód. Referência: **K180**
Lote: **30**
Fabricação: **08/2023**
Validade: **12/2024**
Registro ANVISA: **10269360306**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	10982023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	10992023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	11002023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	11012023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	11022023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	11032023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	11052023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	11042023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 09	11062023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	11072023	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 05/09/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br