



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA CMV IGG**  
Cód. Referência: **K122**  
Lote: **30**  
Fabricação: **01/2023**  
Validade: **01/2024**  
Registro ANVISA: **10269360188**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|---------|--------------------|----------------------|
| PAPEL FILTRO 01           | 4952021 | 1,758              | 1,862                |
| PAPEL FILTRO 02           | 8392022 | 14,849             | 16,542               |
| PAPEL FILTRO 04           | 4962021 | 1,632              | 1,390                |
| PAPEL FILTRO 05           | 6582022 | 19,302             | 21,903               |
| SORO HUMANO 03            | 8292022 | 18,000             | 18,000               |
| SORO HUMANO 04            | 1202023 | 14,865             | 13,028               |
| SORO HUMANO 05            | 1212023 | 9,602              | 8,821                |
| SORO HUMANO 06            | 1222023 | 4,853              | 4,521                |
| SORO HUMANO 07            | 1232023 | 2,206              | 1,988                |
| SORO HUMANO 08            | 1242023 | 0,936              | 0,834                |
| SORO HUMANO 09            | 1252023 | 0,452              | 0,436                |
| SORO HUMANO 10            | 8312022 | 10,097             | 10,237               |

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/03/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br