

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA CMV IGG**
Cód. Referência: **K122**
Lote: **31**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **04/2024**
Registro ANVISA: **10269360188**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	1292023	23,120	23,165
PAPEL FILTRO 02	1302023	7,044	7,145
PAPEL FILTRO 03	1312023	4,540	3,657
PAPEL FILTRO 04	1322023	2,073	2,434
SORO HUMANO 01	1192023	18,000	18,000
SORO HUMANO 02	1202023	13,667	13,215
SORO HUMANO 03	1212023	8,455	10,108
SORO HUMANO 04	1222023	4,732	4,362
SORO HUMANO 05	1232023	1,778	2,049
SORO HUMANO 06	1242023	0,714	0,760
SORO HUMANO 07	1252023	0,348	0,401
SORO HUMANO 08	1262023	0,187	0,225
SORO HUMANO 09	1272023	0,121	0,126
SORO HUMANO 10	1282023	0,058	0,055

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 03/05/2023



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade