



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA CMV IGG**
Cód. Referência: **K122**
Lote: **32**
Fabricação: **07/2023**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360188**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	1292023	22,472	19,941
PAPEL FILTRO 02	1302023	3,702	3,692
PAPEL FILTRO 03	6582022	21,709	17,382
PAPEL FILTRO 05	8232022	31,185	34,271
SORO HUMANO 01	8302022	18,000	18,000
SORO HUMANO 02	1192023	17,440	16,788
SORO HUMANO 03	8282022	18,000	18,000
SORO HUMANO 04	8052023	7,146	7,833
SORO HUMANO 08	1272023	0,143	0,142
SORO HUMANO 09	8322022	12,886	11,637
SORO HUMANO 10	8982022	6,843	5,889

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/08/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br