



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA CMV IGG**
Cód. Referência: **K122**
Lote: **33**
Fabricação: **08/2023**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360188**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	12312023	30,705	33,676
PAPEL FILTRO 02	12322023	25,049	22,328
PAPEL FILTRO 05	12352023	14,749	14,168
SORO HUMANO 01	8282022	18,000	18,000
SORO HUMANO 02	1162023	0,319	0,385
SORO HUMANO 03	8292022	18,000	18,000
SORO HUMANO 04	1192023	18,000	18,000
SORO HUMANO 05	8052022	10,237	8,842
SORO HUMANO 07	8322022	18,000	18,000
SORO HUMANO 09	7932022	18,000	18,000
SORO HUMANO 10	8302022	18,000	18,000

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/09/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br