



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA CMV IGM**
Cód. Referência: **K123**
Lote: **33**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **01/2024**
Registro ANVISA: **10269360189**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	9712020	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 02	4972021	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 03	6792022	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 04	8382022	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 05	8402022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 01	7162021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	10722022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	7962022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	8072022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	7992022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	8002022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	7972022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	11192021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	7982022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	8972020	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 01/02/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br