



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA DENGUE NS1**
Cód. Referência: **K253**
Lote: **8**
Fabricação: **02/2023**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360348**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	1942023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	1952023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	1962023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	1972023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	1982023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	1992023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	2002023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	2012023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	2022023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	2032023	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/02/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br