



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA HBSAG**
Cód. Referência: **K120**
Lote: **47**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360288**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	5192023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	5202023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	5212023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	5222023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	5232023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	3602023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	4282023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	5152023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	4202023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	5162023	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 15/05/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br