



Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA HBSAG/BIOLISA HBSAG/BIOLISA HBSAG**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K120**

LOTE/Lot: **48**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **10/2023**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **10/2024**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360288**

Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
ANÁLISE FUNCIONAL ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
ASPECTOS VISUAIS ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
ABSORBÂNCIA BRANCO ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE	< 0,050	0.013
ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO CONTROL NEGATIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE NEGATIVE CONTROL	< 0,100	0.045
ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO CONTROL POSITIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE POSITIVE CONTROL	> 1,000	3.282

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.
Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 06/12/2023

Lívia Souza

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG