



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA HIV 1/2/O ANTÍGENO/ANTICORPO**

Cód. Referência: **K119**

Lote: **32**

Fabricação: **09/2023**

Validade: **09/2024**

Registro ANVISA: **10269360199**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	10572023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	10582023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	10592023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	10602023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	10612023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	10622023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	10632023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	10642023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	10652023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	10662023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 11	10472023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 12	10482023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	10492023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	10502023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	10512023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	10522023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	10532023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 18	10542023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 19	10552023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 20	10562023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 21	10382023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 22	10392023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 23	10462023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 24	10682023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 25	10692023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 26	10702023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 27	10712023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 28	10722023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 29	10732023	Positivo	Positivo

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA HIV 1/2/O ANTÍGENO/ANTICORPO**
Cód. Referência: **K119**
Lote: **32**
Fabricação: **09/2023**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360199**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 30	10742023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 31	10762023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 32	12692023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 33	12702023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 34	12882023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 35	12892023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 36	12902023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 37	12912023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 38	12922023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 39	12932023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 40	12942023	Positivo	Positivo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 12/12/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br