

**Certificado de Análise**

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA HIV 1/2/O/BIOLISA VIH 1/2/O/BIOLISA VIH 1/2/O**REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K118**LOTE/Lot: **46**FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **08/2025**VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **08/2026**REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360200****Controle de Qualidade do Produto****CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL**

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>ANÁLISE FUNCIONAL</b> ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ASPECTOS VISUAIS</b> ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ABSORBÂNCIA BRANCO</b> ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE	<b>&lt; 0,050</b>	<b>0,044</b>
<b>ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO</b> CONTROL NEGATIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE NEGATIVE CONTROL	<b>&lt; 0,100</b>	<b>0,041</b>
<b>ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO HIV-1</b> ABSORBANCIA CONTROL POSITIVO VIH-1/ABSORBANCE POSITIVE CONTROL HIV-1	<b>&gt; 0,500</b>	<b>2,369</b>
<b>ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO HIV-2</b> ABSORBANCIA CONTROL POSITIVO VIH-2/ABSORBANCE POSITIVE CONTROL HIV-2	<b>&gt; 0,500</b>	<b>2,498</b>

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 16/09/2025

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92

Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG