



## Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA HIV 1/2/O/BIOLISA VIH 1/2/O/BIOLISA VIH 1/2/O**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K118**

LOTE/Lot: **47**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **09/2025**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **09/2026**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360200**

### Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
<b>ANÁLISE FUNCIONAL</b> ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ASPECTOS VISUAIS</b> ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ABSORBÂNCIA BRANCO</b> ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE	<b>&lt; 0,050</b>	<b>0,033</b>
<b>ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO</b> CONTROL NEGATIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE NEGATIVE CONTROL	<b>&lt; 0,100</b>	<b>0,026</b>
<b>ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO HIV-1</b> ABSORBANCIA CONTROL POSITIVO VIH-1/ABSORBANCE POSITIVE CONTROL HIV-1	<b>&gt; 0,500</b>	<b>1,504</b>
<b>ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO HIV-2</b> ABSORBANCIA CONTROL POSITIVO VIH-2/ABSORBANCE POSITIVE CONTROL HIV-2	<b>&gt; 0,500</b>	<b>2,072</b>

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): **28/10/2025**

*Barbara Cristina Gonçalves*

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

9.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG