



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA RUBÉOLA IGG**
Cód. Referência: **K125**
Lote: **29**
Fabricação: **10/2022**
Validade: **01/2024**
Registro ANVISA: **10269360191**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	6132022	73,780	61,133
PAPEL FILTRO 02	6172022	231,788	201,429
SORO HUMANO 01	7452022	56,662	52,730
SORO HUMANO 02	7462022	59,662	54,836
SORO HUMANO 03	7432022	120,000	120,000
SORO HUMANO 04	7422022	80,662	67,579
SORO HUMANO 07	1042022	20,533	24,951
SORO HUMANO 09	7492022	9,637	8,888
SORO HUMANO 10	1052022	26,540	26,537

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/11/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br