

PRODUTO: **BIOLISA RUBEOLA IGG**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K125**

LOTE: **0030**

FABRICAÇÃO: **12/2022**

VALIDADE: **03/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360191**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
SORO HUMANO 01	2019/0410	115,615	165,550
SORO HUMANO 02	2019/0078	$\geq 120,000$	$\geq 120,000$
SORO HUMANO 03	2019/0171	82,546	94,948
SORO HUMANO 04	2019/0061	25,955	25,839
SORO HUMANO 05	2019/0199	103,520	104,610
SORO HUMANO 06	2922023	$\geq 120,000$	$\geq 120,000$
SORO HUMANO 07	2019/0163	$\geq 120,000$	$\geq 120,000$
SORO HUMANO 08	2017/0631	78,343	83,300
SORO HUMANO 09	2018/6102	97,125	119,200
SORO HUMANO 10	2912023	$\leq 0,000$	0,020
PAPEL FILTRO 01	2922023	12,676	14,532
PAPEL FILTRO 02	2942023	16,417	17,513
PAPEL FILTRO 03	2952023	32,174	39,012
PAPEL FILTRO 04	2962023	81,803	96,740
PAPEL FILTRO 05	2972023	0,352	$\leq 0,000$

Verificar a fórmula do cálculo cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 10/02/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade