

PRODUTO: **BIOLISA RUBÉOLA IGM**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K124**

LOTE: **35**

FABRICAÇÃO: **11/2022**

VALIDADE: **02/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360190**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
PAPEL FILTRO 01	6542022	POSITIVO	POSITIVO
PAPEL FILTRO 02	6552022	NEGATIVO	NEGATIVO
PAPEL FILTRO 03	6612022	POSITIVO	POSITIVO
PAPEL FILTRO 04	6622022	NEGATIVO	NEGATIVO
PAPEL FILTRO 05	6642022	NEGATIVO	NEGATIVO
SORO HUMANO 01	8932020	POSITIVO	POSITIVO
SORO HUMANO 02	9882021	NEGATIVO	NEGATIVO
SORO HUMANO 03	1282022	POSITIVO	POSITIVO
SORO HUMANO 04	1292022	POSITIVO	POSITIVO
SORO HUMANO 05	1302022	POSITIVO	POSITIVO
SORO HUMANO 06	1312022	NEGATIVO	NEGATIVO
SORO HUMANO 07	1322022	NEGATIVO	NEGATIVO
SORO HUMANO 08	1332022	NEGATIVO	NEGATIVO
SORO HUMANO 09	1342022	NEGATIVO	NEGATIVO
SORO HUMANO 10	1352022	NEGATIVO	NEGATIVO

Verificar a fórmula do cálculo cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 09/12/2022


Livia Tereza de Andrade Souza - Bioquímica
Controle de Qualidade