



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA RUBÉOLA IGM**
Cód. Referência: **K124**
Lote: **36**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **04/2024**
Registro ANVISA: **10269360190**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	6462022	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 02	6492022	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 03	1402022	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 04	6682022	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 05	6562022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 01	9882021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	1302022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	1282022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	1292022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	1312022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	1322022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	1332022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	1342022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	0282023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	0292023	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/01/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br