



## Certificado de Análise

### CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA RUBÉOLA IGM/BIOLISA RUBÉOLA IGM/BIOLISA RUBELLA IGM**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K124**

LOTE/Lot: **44**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year):

**04/2025**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year):

**06/2026**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360190**

### Controle de Qualidade do Produto

### CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros<br>Parametros / Parameter:                                                                           | Faixa aceitável<br>Rango aceptable / Acceptable range:                                  | Resultados do lote<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ANÁLISE FUNCIONAL</b><br>ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS                                              | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>ASPECTOS VISUAIS</b><br>ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS                                                     | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>ABSORBÂNCIA BRANCO</b><br>ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE                                                | <b>&lt; 0,150</b>                                                                       | <b>0,017</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO</b><br>CONTROL NEGATIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE NEGATIVE CONTROL             | <b>&lt; 0,150</b>                                                                       | <b>0,016</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO</b><br>CONTROL POSITIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE POSITIVE CONTROL             | <b>&gt; 1,000</b>                                                                       | <b>1,941</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO DBS</b><br>CONTROL DE ABSORBANCIA NEGATIVA DBS/ABSORBANCE NEGATIVE DBS CONTROL | <b>&lt; 0,300</b>                                                                       | <b>0,018</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO DBS</b><br>CONTROL DE ABSORBANCIA DBS POSITIVO/ABSORBANCE CONTROL POSITIVE DBS | <b>&gt; 1,000</b>                                                                       | <b>1,797</b>                                              |

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.  
Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 17/04/2025

*Barbara Cristina Gonçalves*

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG