



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA TOXOPLASMOSE IGG**
Cód. Referência: **K127**
Lote: **43**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360196**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	1692023	389,577	467,630
PAPEL FILTRO 02	1702023	298,993	334,618
PAPEL FILTRO 03	1712023	175,140	188,792
PAPEL FILTRO 05	1762023	34,350	28,077
SORO HUMANO 01	1592023	300,000	300,000
SORO HUMANO 02	1612023	266,635	205,884
SORO HUMANO 03	1632023	93,350	72,689
SORO HUMANO 04	1642023	52,855	43,535
SORO HUMANO 05	1652023	24,459	27,801
SORO HUMANO 06	1662023	20,047	16,884
SORO HUMANO 07	1672023	10,739	8,572
SORO HUMANO 10	8122022	300,000	300,000

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/02/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br