



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA TOXOPLASMOSE IGG**

Cód. Referência: **K127**

Lote: **44**

Fabricação: **03/2023**

Validade: **05/2024**

Registro ANVISA: **10269360196**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	4712023	462,939	426,515
PAPEL FILTRO 02	4732023	223,958	180,859
PAPEL FILTRO 03	4752023	119,845	101,618
PAPEL FILTRO 04	4782023	42,330	35,025
PAPEL FILTRO 05	4992021	39,455	42,269
SORO HUMANO 01	4612023	300,000	300,000
SORO HUMANO 02	4632023	272,583	219,734
SORO HUMANO 03	4642023	170,921	182,061
SORO HUMANO 04	4652023	84,708	80,101
SORO HUMANO 05	4662023	51,819	49,630
SORO HUMANO 06	4682023	19,866	19,331
SORO HUMANO 07	4692023	10,758	10,644
SORO HUMANO 08	4702023	5,868	5,769
SORO HUMANO 09	8132022	300,000	300,000
SORO HUMANO 10	8122022	300,000	300,000

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/04/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br