Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA TOXOPLASMOSE IGG**
Cód. Referência: **K127**
Lote: **46**
Fabricação: **09/2023**
Validade: **11/2024**
Registro ANVISA: **10269360196**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	6592022	221,200	203,739
PAPEL FILTRO 02	5022021	134,299	141,734
PAPEL FILTRO 04	6702022	241,529	229,613
SORO HUMANO 01	9012022	231,360	202,104
SORO HUMANO 02	4162022	94,043	77,390
SORO HUMANO 03	4182022	252,847	205,973
SORO HUMANO 04	4632023	249,514	262,871
SORO HUMANO 05	8112022	12,203	10,088
SORO HUMANO 06	8092022	6,537	7,596

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 20/10/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade