



Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA TOXOPLASMOSE IGG/BIOLISA TOXOPLASMOSIS IGG/BIOLISA TOXOPLASMOSIS IGG**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K127**

LOTE/Lot: **48**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **01/2024**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **03/2025**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360196**

Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
ANÁLISE FUNCIONAL ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
ASPECTOS VISUAIS ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
ABSORBÂNCIA BRANCO ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE	< 0,100	0.007
ABSORBÂNCIA PADRÃO A ABSORBANCIA ESTÁNDAR A/ABSORBANCE STANDARD A	< 0,100	0.011
ABSORBÂNCIA PADRÃO B ABSORBANCIA ESTÁNDAR B/ABSORBANCE STANDARD B	> 0,200 < 0,600	0.484
ABSORBÂNCIA PADRÃO C ABSORBANCIA ESTÁNDAR C/ABSORBANCE STANDARD C	> B < D	1.599
ABSORBÂNCIA PADRÃO D ABSORBANCIA ESTÁNDAR D/ABSORBANCE STANDARD D	> C < E	2.143



Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA TOXOPLASMOSE IGG/BIOLISA TOXOPLASMOSIS IGG/BIOLISA TOXOPLASMOSIS IGG**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K127**

LOTE/Lot: **48**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **01/2024**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **03/2025**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360196**

Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
ABSORBÂNCIA PADRÃO E ABSORBANCIA ESTÁNDAR E/ABSORBANCE STANDARD E	> 1,500	2.512
ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO CONTROL NEGATIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE NEGATIVE CONTROL	< 0,100	0.015
ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO CONTROL POSITIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE POSITIVE CONTROL	> 1,000	2.648
ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO DBS CONTROL DE ABSORBANCIA NEGATIVA DBS/ABSORBANCE NEGATIVE DBS CONTROL	< 0,300	0.01
ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO DBS CONTROL DE ABSORBANCIA DBS POSITIVO/ABSORBANCE CONTROL POSITIVE DBS	> 1,000	2.006

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.
Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 21/02/2024

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92

Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG