



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA TOXOPLASMOSE IGM**
Cód. Referência: **K126**
Lote: **48**
Fabricação: **11/2022**
Validade: **01/2024**
Registro ANVISA: **10269360194**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	6652022	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 02	6452022	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 03	11322022	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 04	5002021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 01	9912021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	8262022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	3712022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	9282022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	6662021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	13112020	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	13122020	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	8102022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	8072022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	8112022	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 01/12/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br