



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA TOXOPLASMOSE IGM**
Cód. Referência: **K126**
Lote: **50**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360194**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	4992021	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 02	11322020	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 03	6452022	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 04	14432022	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 05	0272023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 01	6662021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	1132022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	9912021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	3712022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	12322022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	10262022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	9952022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	12222022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	9992022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	0612023	Positivo	Positivo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 20/01/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br