



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA TOXOPLASMOSE IGM**
Cód. Referência: **K126**
Lote: **51**
Fabricação: **03/2023**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360194**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	0512023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 02	0522023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 03	0542023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 04	0552023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 05	0562023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 01	0612023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	0622023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	0632023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	0642023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	0662023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	0672023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	0682023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	0692023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	0702023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	0712023	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/03/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br