



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOPROT U/LCR**
Cód. Referência: **K108**
Lote: **31**
Fabricação: **01/2022**
Validade: **01/2024**
Registro ANVISA: **10269360178**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE BIOPROT U/LCR REF	CONTROLE BIOPROT/ULCR LOTE 0030	10,500	11,033
CONTROLE BIOPROT U/LCR TESTE	CONTROLE BIOPROT/ULCR LOTE 0031	11,300	11,333
URINA HUMANA 01	1422022	138,000	117,567
URINA HUMANA 02	1432022	64,500	73,267
URINA HUMANA 03	1442022	30,000	30,533
URINA HUMANA 04	1452022	5,500	6,033
URINA HUMANA 05	1462022	6,300	6,933
URINA HUMANA 1:16	1422022	9,400	9,167
URINA HUMANA 1:2	1422022	75,500	88,500
URINA HUMANA 1:4	1422022	37,700	38,867
URINA HUMANA 1:8	1422022	18,900	17,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 09/02/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br