



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOPROT U/LCR**
Cód. Referência: **K108**
Lote: **32**
Fabricação: **07/2022**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360178**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE BIOPROT U/LCR REF	CONTROLE BIOPROT/ULCR LOTE 0031	11,300	11,633
CONTROLE BIOPROT U/LCR TESTE	CONTROLE BIOPROT U/LCR LOTE 0032	10,800	11,633
URINA HUMANA 01	7522022	69,200	67,767
URINA HUMANA 02	7532022	65,250	63,500
URINA HUMANA 03	7542022	90,033	78,300
URINA HUMANA 04	7552022	10,400	8,933
URINA HUMANA 05	7562022	17,067	15,767
URINA HUMANA 1:2	7542022	39,100	43,700
URINA HUMANA 1:4	7542022	19,600	18,700
URINA HUMANA 1:8	7542022	9,800	7,867

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 02/08/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br