



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOPROT U/LCR**
Cód. Referência: **K108**
Lote: **33**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **01/2025**
Registro ANVISA: **10269360178**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE BIOPROT U/LCR REF	CONTROLE BIOPROT U/LCR LOTE 0032	10,800	11,000
CONTROLE BIOPROT U/LCR TESTE	CONTROLE BIOPROT U/LCR LOTE 0033	11,100	11,667
URINA HUMANA 01	1402023	35,300	40,967
URINA HUMANA 02	1412023	39,600	42,000
URINA HUMANA 03	1422023	144,900	153,900
URINA HUMANA 04	1432023	128,400	131,500
URINA HUMANA 05	1442023	71,700	77,567

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 02/03/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br