



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOPROT U/LCR**
Cód. Referência: **K108**
Lote: **34**
Fabricação: **07/2023**
Validade: **07/2025**
Registro ANVISA: **10269360178**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE BIOPROT U/LCR REF	CONTROLE BIOPROT U/LCR LOTE 0033	11,100	11,400
CONTROLE BIOPROT U/LCR TESTE	CONTROLE BIOPROT U/LCR LOTE 0034	11,900	11,867
URINA HUMANA 01	9832023	168,833	166,667
URINA HUMANA 02	9842023	95,633	90,567
URINA HUMANA 03	9852023	35,500	33,367
URINA HUMANA 04	9862023	94,000	93,267
URINA HUMANA 05	9872023	33,967	32,933
URINA HUMANA 06	9882023	16,767	15,700
URINA HUMANA 07	9892023	60,200	53,733
URINA HUMANA 08	9902023	17,433	14,433
URINA HUMANA 09	9912023	6,467	6,400
URINA HUMANA 10	9922023	65,167	66,400

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br