



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CÁLCIO ARSENAZO III**
Cód. Referência: **K051**
Lote: **57**
Fabricação: **02/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360126**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0072	5,500	5,700
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	11,500	11,667
SORO HUMANO 01	0862022	7,633	7,633
SORO HUMANO 02	0822022	8,467	8,633
SORO HUMANO 03	0382022	9,633	9,800
SORO HUMANO 04	0772022	9,033	9,100
SORO HUMANO 05	0472022	7,567	7,567

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 23/02/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br