

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **CÁLCIO ARSENAZO III**  
Cód. Referência: **K051**  
Lote: **59**  
Fabricação: **10/2022**  
Validade: **10/2024**  
Registro ANVISA: **10269360126**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0075	5,800	6,033
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	11,500	12,133
SORO HUMANO 01	11142022	10,400	10,367
SORO HUMANO 02	10932022	9,433	9,000
SORO HUMANO 03	12442022	8,733	8,800
SORO HUMANO 04	11012022	9,967	9,600
SORO HUMANO 05	12452022	8,733	8,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/10/2022

*Barbara Cristina Gonçalves*

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade