



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CÁLCIO ARSENAZO III**
Cód. Referência: **K051**
Lote: **61**
Fabricação: **07/2023**
Validade: **07/2025**
Registro ANVISA: **10269360126**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	5,700	5,900
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	11,700	12,500
SORO HUMANO 01	6722023	8,900	9,300
SORO HUMANO 02	6732023	9,533	9,967
SORO HUMANO 03	6752023	8,633	8,967
SORO HUMANO 04	6872023	6,067	6,300
SORO HUMANO 05	7352023	7,700	8,100
SORO HUMANO 06	7362023	8,900	9,300
SORO HUMANO 07	7462023	10,400	10,700
SORO HUMANO 08	7532023	6,300	6,367
SORO HUMANO 09	7542023	10,100	10,500
SORO HUMANO 10	6862023	9,067	9,433

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br