



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CALCULO RENAL**
Cód. Referência: **K008**
Lote: **92**
Fabricação: **08/2022**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360091**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
AMÔNIO - CN	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	Negativo
AMÔNIO - PADRÃO	PADRÃO - CÁLCULO RENAL	Positivo	Positivo
CÁLCIO - CN	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	Negativo
CÁLCIO - PADRÃO	PADRÃO - CÁLCULO RENAL	Positivo	Positivo
CARBONATO - CN	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	Negativo
CARBONATO - PADRÃO	PADRÃO - CÁLCULO RENAL	Positivo	Positivo
CISTINA - CN	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	Negativo
CISTINA - PADRÃO	PADRÃO - CÁLCULO RENAL	Positivo	Positivo
FOSFATO - CN	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	Negativo
FOSFATO - PADRÃO	PADRÃO - CÁLCULO RENAL	Positivo	Positivo
MAGNÉSIO - CN	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	Negativo
MAGNÉSIO - PADRÃO	PADRÃO - CÁLCULO RENAL	Positivo	Positivo
OXALATO - CN	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	Negativo
OXALATO - PADRÃO	PADRÃO - CÁLCULO RENAL	Positivo	Positivo
URATO - CN	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	Negativo
URATO - PADRÃO	PADRÃO - CÁLCULO RENAL	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 28/09/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br