

Certificado de Análise

Controle da Qualidade

PRODUTO: **CALIBRADOR DÍMERO D**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K226**

LOTE: **0007**

FABRICAÇÃO: **08/2023**

VALIDADE: **11/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360344**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Amostra	Resultado (ng/mL)
Calibrador Nível 1	0
Calibrador Nível 2	495
Calibrador Nível 3	1060
Calibrador Nível 4	3840
Calibrador Nível 5	8215
Calibrador Nível 6	18445

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/08/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br